

## Οδηγίες χρήσης

### Wax Disk

#### 【Οδηγίες χρήσης】

1. Κατασκευή του προτύπου από κερί: Ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας της μηχανής CAD/CAM.
2. Αποφύγετε την ταχεία θέρμανση όταν χρησιμοποιείτε επένδυση από Cristobalite.  
[Συνιστώμενες συνθήκες]  
(1) Αυξήστε τη θερμοκρασία από τη θερμοκρασία δωματίου στους 250 °C σε 60 λεπτά  
(2) Διατηρήστε τη θερμοκρασία αυτή για 60 λεπτά  
(3) Αυξήστε τη θερμοκρασία στους 700°C σε 30 λεπτά  
(4) Διατηρήστε για 30 λεπτά
3. Τα σχέδια κεριών πρέπει να τοποθετούνται σε ορισμένη απόσταση μεταξύ τους (1 mm ή περισσότερο).
4. Η θερμοκρασία δωματίου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 15°C και 25°C.

#### 【Προσοχή】

1. Μην καίτε αυτό το υλικό σε κλειστό χώρο. Μην αναπνέετε τον καπνό ή τους ατμούς που παράγονται από την καύση, χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες εξαερισμού εντός του χώρου, απορροφητήρες κ.λπ.
2. Διακόψτε τη χρήση αυτού του υλικού εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα πριν ή κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Για παράδειγμα, ένα ξένο αντικείμενο αναμιγνύεται με το προϊόν.
3. Προσέξτε να μην καείτε όταν διαμορφώνετε αυτό το υλικό με θερμότητα.

#### 【Σημαντική σημείωση】

1. Εάν ο ασθενής παρουσιάσει συμπτώματα υπερευαισθησίας, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το υλικό και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
2. Εάν ο τεχνικός του εργαστηρίου παρουσιάσει συμπτώματα υπερευαισθησίας, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το υλικό και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
3. Μην το χρησιμοποιείτε σε ασθενείς που έχουν εμφανίσει στο παρελθόν υπερευαισθησία, όπως εξανθήματα, δερματίτιδα ή φαγούρα με κερί.
4. Οι τεχνικοί εργαστηρίων, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει οποιαδήποτε προηγούμενη υπερευαισθησία, όπως εξανθήματα, δερματίτιδα ή φαγούρα λόγω του κεριού, συνιστάται να χρησιμοποιούν γάντια και να μην αγγίζουν απευθείας το υλικό.
5. Ενημερώστε τους χρήστες και τους ασθενείς ότι τυχόν σοβαρά ατυχήματα που αφορούν τη συσκευή πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης ή ο ασθενής.

#### 【Αποθήκευση】

- Φυλάσσεται στους 50°C ή λιγότερο.
- Μην αφήνετε το προϊόν σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία (π.χ. κοντά σε σόμπα ή σε άμεσο ηλιακό φως).
- Στον τόπο χρήσης και αποθήκευσης πρέπει να υπάρχει σύστημα πυρόσβεσης.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε χώρους όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και μην αποθηκεύετε μεγάλες ποσότητες σε έναν μόνο χώρο.
- Αποφεύγετε το άμεσο ηλιακό φως κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά.
- Αποθηκεύστε το σωστά, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από οδοντιατρικό προσωπικό.

#### 【Ημερομηνία λήξης】

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 10 ετών από την ημερομηνία κατασκευής.

#### 【Πληροφορίες διάθεσης】

Τα υπόλοιπα αποθέματα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές νομικές απαιτήσεις.

#### 【Πιθανός κίνδυνος】

Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις όπως εξανθήματα και δερματίτιδα.

#### 【Κατασκευάζεται από:】




**YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.**

54-1 Ochiai, Nishiura-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 442-0105, JAPAN

Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764

E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;

Web: www.yamahachi-dental.co.jp



OBELIS S.A

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

