

Uputa za uporabu

WAX DISK

【Upute za uporabu】

1. Izrada uzorka voska: Slijedite upute za uporabu stroja CAD / CAM.
2. Koristiti za lijevanje.
 - Izbjegavajte brzo zagrijavanje kada koristite ulaganje kristobalita.
[Preporučeni uvjeti]
(1) Povećajte temperaturu sa sobne temperature na 250 ° C u 60 minuta
(2) Držite na ovoj temperaturi 60 minuta
(3) Podignite temperaturu na 700 ° C za 30 minuta
(4) Držite 30 minuta
 - Uzorci voska trebaju se nalaziti na određenoj udaljenosti jedan od drugog (1 mm ili više).
 - Sobna temperatura treba biti između 15 ° C i 25 ° C.
 - Ostaci spaljivanja: Zeleni, Plavi: nema
Bjelokost: 0.2%

【Opresz】

1. Nemojte spaljivati ovaj materijal u zatvorenoj sobi. Ne udišite dim ili pare nastale spaljivanjem, koristite sobne ventilatore, odvodnike itd.
2. Prekinite upotrebu ovog materijala ako se utvrdi bilo kakav problem prije ili tijekom njegove uporabe. Na primjer, strani se predmet pomiješa s proizvodom.
3. Pazite da se ne opečete prilikom oblikovanja ovog materijala vrućinom.

【Važna nota】

1. Ako pacijent pokaže bilo kakve simptome preosjetljivosti, prestanite koristiti materijal i odmah se obratite liječniku.
2. Ako laboratorijski tehničar pokaže bilo kakve simptome preosjetljivosti, prestanite koristiti materijal i odmah se obratite liječniku.
3. Ne upotrebljavajte na pacijentima koji su ranije imali hipersenzibilnost, poput osipa, dermatitisa ili svrbeža voskom.
4. Laboratorijskim tehničarima koji su ranije imali hipersenzibilnost, poput osipa, dermatitisa ili svrbeža zbog voska, savjetuje se da koriste rukavice i da ne dodiruju materijal izravno.
5. Obavijestite korisnike i pacijente da se sve ozbiljne nezgode koje uključuju uređaj moraju prijaviti proizvođaču i nadležnim tijelima države članice u kojoj korisnik ili pacijent borave.

【Skladištenje】

- Skladištiti na 50 °C ili manje.
- The Ne ostavljajte proizvod na mjestima gdje je visoka temperatura (npr. U blizini peći ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti).
- Na mjestu upotrebe i skladištenja treba osigurati sustav za gašenje požara.
- Skladištite u područjima u kojima nema opasnosti od požara i ne skladištite velike količine na jednom području.
- During Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost tijekom skladištenja i prijevoza.
- Skladištite ga pravilno kako bi ga moglo koristiti samo stomatološko osoblje.

【Rok valjanosti】

Nema određenog roka valjanosti, ali treba ga upotrijebiti u roku od 10 godina od datuma proizvodnje.

【Informacije o odlaganju】

Preostale zalihe moraju se zbrinuti u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonskim zahtjevima.

【Potencijalna opasnost】

Ovaj proizvod može izazvati alergijske reakcije poput osipa i dermatitisa.



【Proizveo:】



YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.
54-1 Ochigara, Nishiura-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN

Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764

E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;

Web: www.yamahachi-dental.co.jp



OBELIS S.A.

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

