

Upute za korištenje

Opći pojam uređaja	Ime proizvoda
Zubi od akrilne smole	NEW ACE, MILLION, NAPERCE, EFUCERA AC, FLAT AC
Zubi od kompozitne smole	EFUCERA-A, EFUCERA-P, EFUCERA PX SOLUUT PX, CROWN PX,
Zubi od akrilne smole (FX)	FX ANTERIOR, FX POSTERIOR, EFUCERA FX
Zubi od akrilne smole (NS)	CROWN NS, EFUCERA NS

【Namjena】 Gotovi umjetni zubi od smole za proteze
(Specifikacije namjene) Obnavljanje žvačne funkcije / poboljšanje govora / estetsko poboljšanje

【Indikacija za uporabu】 Gubitak zuba

【Ciljna skupina】 Ciljana dob: 3 do 125 godina, Spol: Nebitno

【Predviđeni korisnik】 Stomatolozi ili zubni tehničari koji izrađuju proteze

【Kontraindikacije】 Primjena kod pacijenata alergičnih na Metilmetakrilat

【Očekivane kliničke koristi】 Obnavljanje funkcije žvakanja, fonacije i estetike

【Karakteristike izvedbe】 U skladu s ISO 22112: 2017 Stomatologija – Umjetni zubi za zubne proteze,
I tvrdoća: 21Hv0.2 ili više (caklina) zubi samo od kompozitne smole

【Metoda dezinfekcije nakon izrade proteze】 Nakon što su proteze dovršene, uklonite prljavštinu ultrazvučnim čišćenjem i dezinficirajte ih komercijalno dostupnom otopinom za čišćenje proteza.

【Upute za korištenje】

- Izrada proteze:** Ovisi o željenoj metodi izrade.
- Metoda poliranja:** Poliranje dijamantom pastom ili drugim abrazivima pomoću četke ili tkanine.

【Oprez】

- Ne prijanja na smolu za baze proteza osim na akrilnu smolu u obliku praha i tekućine. Stoga ga prethodno obradite prema naznačenoj metodi proizvođača smole za baze proteza.
- Za zube od kompozitne smole:** Nemojte koristiti jake alkalne (više od pH10) materijale za otapanje gipsa ili sredstva za čišćenje proteza. Zubi od kompozitne smole mogu se zamutiti. YAMAHACHI DENTAL “Break” se preporučuje za materijale za otapanje gipsa.
- Da biste uklonili obojenost zbog pigmentacije u ustima (uzrokovane dimom cigareta itd.), nanesite pijesak za poliranje, ispolirajte četkom za protezu, zatim nanesite sredstvo za glaziranje i ispolirajte četkom s mekim vlaknima.
- Nemojte privremeno fiksirati zube od smole super ljepilom na bazi cijanoakrilata. Prilikom vađenja proteze nakon polimerizacije, površina zuba od smole može se odvojiti ili slomiti.
- Nakon ispravljanja oblika, područje treba temeljito ispolirati.
- Nemojte pretjerano mljeti proizvod jer to može uzrokovati štetu.
- Ako je potrebno, potrebno je napraviti podrez na bazalnoj ravni zuba kako bi se ojačala veza s bazom proteze.
- Pažljivo rukujte pincetom za žbukanje tijekom iskopa proteze kako biste izbjegli moguće oštećenje baze proteze.
- Kako biste izbjegli udisanje prašine, prilikom poliranja uvijek koristite masku i sakupljač prašine.
- Očistite protezu prije stavljanja na pacijenta.
- Uputite pacijente da svoje proteze drže pod vodom nakon uklanjanja kako bi se spriječila deformacija.
- Savjetujte pacijente da redovito posjećuju svog stomatologa jer se zubi od smole troše korištenjem.

【Važna nota】

- Ukoliko pacijent pokaže simptome preosjetljivosti prestati koristiti materijal i odmah se obratiti liječniku.
- Ukoliko stomatolog ili laboratorijski tehničar pokaže simptome preosjetljivosti, prestanite koristiti materijal i odmah se obratite liječniku.
- Ne koristiti kod pacijenata koji su prethodno imali bilo kakvu preosjetljivost, poput osipa, dermatitisa i svrbeža s metakrilnim monomerima.
- (Rizici ponovne uporabe) Ako se zubi od smole ponovno koriste, postoji rizik od pogoršanja oralnog zdravlja zbog upotrebe zuba od smole s nepravilnom okluzijom. Postoji i opasnost od infekcije.
- (Korisniku i/ili pacijentu) Svaki ozbiljan incident koji se dogodi u vezi s uređajem treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima poslovni nastan.

【Skladištenje】

- Budući da je akrilna smola zapaljiva, treba je čuvati dalje od izvora topline i paljenja.
- Čuvajte dalje od visoke temperature, visoke vlažnosti i izravne sunčeve svjetlosti.
- Pravilno skladištite i kontrolirajte kako im ne bi moglo pristupiti neovlašteno osoblje.

MD **Rx Only**

【Informacije o odlaganju】

Preostale zalihe moraju se zbrinuti u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonskim zahtjevima.



【Potencijalna opasnost】

Ovaj proizvod može izazvati alergijske reakcije poput osipa i dermatitisa.

【Proizvođač】



54-1 Ochigara, Nishitara-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN

Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764

E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;

Web: www.yamahachi-dental.co.jp

CE
1639

EU REP

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

UK
CA
0120

UK REP

Obelis UK Ltd.
Sandford Gate, Oxford, OX4 6LB, UK