

Használati utasítás

Általános eszköz kifejezés	Termék név
Akrilgyanta fogak	NEW ACE, MILLION, NAPERCE, EFUCERA AC, FLAT AC
Kompozit műgyanta fogak	EFUCERA-A, EFUCERA-P, EFUCERA PX SOLUUT PX, CROWN PX,
Akrilgyanta fogak (FX)	FX ANTERIOR, FX POSTERIOR, EFUCERA FX
Akrilgyanta fogak (NS)	CROWN NS, EFUCERA NS

【Rendeltetésszerű használat】 Kész műgyanta műfogak fogpótlásokhoz
(A rendeltetési cél meghatározása) A rágófunkció helyreállítása / Beszédjavítás / Esztétikai javulás

【Használati javallat】 Fogvesztés

【Célzott népesség】 Céléletkor: 3-125 év, Nem: Irreleváns

【Rendeltetett felhasználó】 Fogsorokat készítő fogorvosok vagy fogtechnikusok

【Ellenjavallatok】 Alkalmazása metil-metakrilátra allergiás betegeknél

【Várható klinikai hatás】 A rágófunkció, a fonáció és az esztétika helyreállítása

【Teljesítmény jellemzők】 Megfelel az ISO 22112: 2017 Fogászat – Műfogak fogpótlásokhoz,
Es keménység: 21Hv0,2 vagy több (zománc) csak kompozit műgyanta fogak

【A fogsorkészítés utáni fertőtlenítési módszer】 A fogsor elkészülte után ultrahangos tisztítással távolítsa el a szennyeződések, és fertőtlenítsa a kereskedelemben kapható fogsortisztító oldattal.

【Használati utasítás】

1. **A protézis készítése:** A választott gyártási módtól függ.
2. **Polírozási módszer:** Polírozás gyémántpasztával vagy más csiszolóanyaggal ecsettel vagy ronggyal.

【Vigyzat】

1. Nem tapad a műfogsor alap gyantájához, kivéve a por és folyékony típusú akrilgyantát. Ezért elődolgozza a műfogsor alapgyanta készítőjének kijelölt módszere szerint.
2. **Kompozit műgyanta fogak esetén:** Ne használjon erős lúgos (pH10-nél nagyobb) gipszoldó anyagokat vagy műfogsor-tisztítószereket. A kompozit fogak zavarossá válhatnak. A YAMAHACHI DENTAL „Break” a gipszoldó anyagokhoz ajánlott.
3. A szájban fellépő pigmentfoltok (cigifüst, stb.) elszíneződésének eltávolításához vigyen fel polírozó homokot, polírozza le műfogsor kefével, majd vigyen fel fényezőanyagot, és puha sörtéjű kefével polírozza.
4. Ne rögzítse ideiglenesen a gyantafogakat cianoakrilát alapú szuperragasztóval. A műfogsor polimerizálás utáni kiszedésekor a műgyanta fogak felülete leválhat vagy eltörhet.
5. Az alakjavítás után a területet alaposan le kell csiszolni.
6. Ne őrölje össze túlzottan a terméket, mert kárt okozhat.
7. A fog alapsíkján alámetszést kell kialakítani, ha szükséges, hogy megerősítsük a fogsor alapjával való kötést.
8. Óvatosan kezelje a gipszcsipeszt a fogsor kiadásakor, hogy elkerülje a fogsor alapjának esetleges károsodását.
9. A por belélegzésének elkerülése érdekében polírozáskor mindig használjon maszkot és porgyűjtőt.
10. Tisztítsa meg a fogsort, mielőtt a páciensre helyezi.
11. Kérjük, utasítsa a betegeket, hogy a fogsort eltávolítás után a víz alatt tartsák, hogy elkerüljék a deformációt.
12. Kérjük, javasolja a betegeknél, hogy rendszeresen látogassák meg fogorvosukat, mivel a gyantafogak elhasználódnak a használat során.

【Fontos megjegyzés】

1. Ha a beteg túlérzékenységi tünetek jelentkeznek, hagyja abba az anyag használatát és azonnal forduljon orvoshoz.
2. Ha a fogorvos vagy a laboratóriumi technikus a túlérzékenység bármilyen tünetét mutatja, hagyja abba az anyag használatát, és azonnal forduljon orvoshoz.
3. Ne alkalmazza olyan betegeknél, akik korábban túlérzékenységet tapasztaltak, például kiütéseket, bőrgyulladást és viszketést metakril monomerekkel.
4. (Újrahasználat veszélyei) A gyantafogak újrafelhasználása esetén fennáll a száj egészségének romlásának veszélye a hibás elzáródású gyantafogak használata miatt. Fennáll a fertőzés veszélye is.
5. (A felhasználónak és/vagy a páciensnek) Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

【Tárolás】

- Mivel az akrilgyanta gyúlékony, hő- és gyújtóforrásoktól távol kell tárolni.
- Magas hőmérséklettől, magas páratartalomtól és közvetlen napfénytől távol tárolandó.
- Megfelelően tárolja és vezérelje, hogy jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá.



Rx Only

【Ártalmatlanítási információk】

Az orvostechnikai eszközök ártalmatlanításánál tartsa be annak az országnak a hulladékkezelési előírásait és törvényeit, ahol azokat ártalmatlanítja.

【Potenciális veszély】

Ez a termék allergiás reakciókat, például kiütéseket és dermatitist okozhat.



【Előállítás】



Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764

E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;

Web: www.yamahachi-dental.co.jp



Obelis S.A
Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium



Obelis UK Ltd.
Sandford Gate, Oxford, OX4 6LB, UK