

Gebruiksaanwijzing

Algemene apparaatterm	Productnaam
Tanden van acrylhars	NEW ACE, MILLION, NAPERCE, EFUCERA AC, FLAT AC
Tanden van composiethars	EFUCERA-A, EFUCERA-P, EFUCERA PX SOLUUT PX, CROWN PX,
Tanden van acrylhars (FX)	FX ANTERIOR, FX POSTERIOR, EFUCERA FX
Tanden van acrylhars (NS)	CROWN NS, EFUCERANS

【Beoogd gebruik】 Kant-en-klare kunsttanden van kunsthars voor kunstgebitten
(Specificaties van het beoogde doel) Herstel van kauwfunctie / spraakverbetering / esthetische verbetering

【Indicatie voor gebruik】 Tandverlies

【Beoogde bevolking】 Doelleeftijd: 3 tot 125 jaar oud. Geslacht: niet relevant

【Beoogde gebruiker】 Tandartsen of tandtechnici die kunstgebitten maken

【Contra-indicaties】 Gebruik bij patiënten die allergisch zijn voor methylnmethacrylaat

【Klinische voordelen te verwachten】 Herstel van de kauwfunctie, fonatie en esthetiek

【Prestatiekenmerken】 Voldoet aan ISO 22112:2017 Tandheelkunde – Kunsttanden voor tandprothesen,
En hardheid; 21Hv0,2 of meer (email) alleen composietharstanden

【De desinfectiemethode na het maken van een kunstgebit】 Odra het kunstgebit klaar is, verwijdert u het vuil door middel van ultrasoon reinigen en desinfecteert u het met een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel voor kunstgebitten.

【Gebruiksaanwijzing】

1. **Het maken van de prothese:** Het hangt af van de gewenste vervaardigingsmethode.
2. **Polijstmethode:** Polijsten met diamantpasta of ander schuurmiddel met behulp van een borstel of polijsten met een doek.

【Opgelet】

1. Het hecht niet aan de hars voor prothesebasissen, behalve de acrylhars van het poeder- en vloeibare type. Behandel het daarom voor volgens de aangegeven methode van de kunstgebitbasisharsmaker.
2. **Voor composietharstanden:** Gebruik geen sterk alkalische gipsoplossende materialen (met een pH-waarde hoger dan 10) of reinigingsmiddelen voor kunstgebitten. De composietharstanden kunnen enigszins troebel zijn. YAMAHACHI DENTAL "Break" wordt aanbevolen voor de gipsoplossende materialen.
3. Om verkleuring als gevolg van pigmentvlekken in de mond (veroorzaakt door sigarettenrook enz.) te verwijderen, brengt u polijstzand aan, polijst u met een kunstgebitborstel, brengt u vervolgens glansmiddel aan en polijst u met een zachte borstel.
4. Bevestig de harstanden niet tijdelijk met secondelijm op basis van cyanoacrylaat. Bij het uitnemen van de prothese na het polymeriseren kan het oppervlak van de kunstharstanden loskomen of kapot gaan.
5. Na het corrigeren van de vorm moet het gebied grondig worden gepolijst.
6. Maal het product niet overmatig, omdat dit schade kan veroorzaken.
7. Indien nodig moet op het basale vlak van de tand een ondersnijding worden aangebracht om de verbinding met de prothesebasis te versterken.
8. Ga voorzichtig om met de gipstang tijdens het uitgraven van de prothese om mogelijke schade aan de prothesebasis te voorkomen.
9. Om het inademen van stof te voorkomen, dient u tijdens het polijsten altijd een masker en een stofafscheider te gebruiken.
10. Maak het kunstgebit schoon voordat u het bij de patiënt aanbrengt.
11. Instrueer patiënten om hun kunstgebit na verwijdering onder water te houden om vervorming te voorkomen.
12. Adviseer patiënten om regelmatig naar hun tandarts te gaan, aangezien de harstanden door gebruik verslijten.

【Belangrijke opmerking】

1. Mocht de patiënt symptomen van overgevoeligheid vertonen, stop dan met het gebruik van het materiaal en raadpleeg onmiddellijk een arts.
2. Mocht de tandarts of laboratoriumtechnicus symptomen van overgevoeligheid vertonen, stop dan met het gebruik van het materiaal en raadpleeg onmiddellijk een arts.
3. Niet gebruiken bij patiënten die eerder last hebben gehad van overgevoeligheid, zoals huiduitslag, dermatitis en jeuk, voor methacrylmonomeren.
4. (Risiko's van hergebruik) Als kunsttanden worden hergebruikt, bestaat het risico dat de mondgezondheid verslechtert als gevolg van het gebruik van kunsttanden met een onjuiste oclusie. Er bestaat ook een risico op infectie.
5. (Aan de gebruiker en/of patiënt) Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het apparaat moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

【Opslag】

- Omdat acrylhars ontvlambaar is, moet het uit de buurt van hitte- en ontstekingsbronnen worden bewaard.
- Bewaar uit de buurt van hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid en direct zonlicht.
- Goed opslaan en beheeren zodat onbevoegd personeel er geen toegang toe heeft.

MD **Rx Only**

【Informatie over weggooien】

Wanneer u medische apparaten weggooit, dient u zich te houden aan de verwijderingsvoorschriften en wetten van het land waarin u ze weggooit.

【Potentieel risico】

Dit product kan allergische reacties veroorzaken, zoals huiduitslag en dermatitis.

**【Geproduceerd door:】**

Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764

E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;

Web: www.yamahachi-dental.co.jp



Obelis S.A

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium



Obelis UK Ltd.

Sandford Gate, Oxford, OX4 6LB, UK