

Instruções de utilização**Paraffin Wax****【Indicações de utilização】**

1. Uma placa de cera é aquecida com uma chama e, se necessário, a película é pressionada no modelo para criar a base da dentadura.
2. Quando estiver moderadamente macia, enrolar para cima até formar uma barra.
3. A cera em forma de barra é moldada numa forma tipo ferradura e é pressionada contra a placa de base.
4. As partes de cima e baixo são adicionadas ou recortadas para completar a placa de mordida.
5. Os ajustes da base da dentadura oclusal, a disposição dos dentes artificiais e o fabrico da dentadura de cera são realizados de acordo com a prática comum.

【Atenção】

1. Quando incinerar este material, instalar um sistema de exaustão local, uma ventoinha de ventilação, etc. para evitar trabalhar num compartimento fechado e não inalar o fumo e o vapor gerados pela incineração.
2. Se ocorrerem quaisquer problemas, tal como a mistura de matéria estranha antes ou durante a utilização deste material, descontinuar a utilização.
3. Quando utilizar este material, ter cuidado para não se queimar.

【Nota importante】

1. Não utilizar para pacientes com hipersensibilidade, como erupção cutânea ou dermatite, a este material.
2. Um utilizador com uma erupção cutânea, ou outra hipersensibilidade a este material deve usar luvas e evitar o contacto direto com este material.
3. Os pacientes que desenvolverem sintomas de hipersensibilidade, como erupção cutânea, vermelhidão, úlcera, inchaço, comichão e dormência devido à utilização deste material devem descontinuar a utilização e consultar um médico.
4. Um utilizador que desenvolver sintomas de hipersensibilidade, como erupção cutânea, eczema, vermelhidão, úlcera, inchaço, comichão ou dormência devido à utilização deste material deve descontinuar a utilização e consultar um médico.
5. Aconselhar os utilizadores e doentes de que quaisquer acidentes graves que envolvam o dispositivo devem ser comunicados ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-Membro em que o utilizador ou doente reside.

【Armazenamento】

- Armazenar num local fresco e escuro.
- Não deixar o produto num local quente (por ex., próximo de um forno ou à luz solar direta).
- A área de utilização e armazenamento deve estar equipada com um sistema de extinção de incêndios.
- Armazenar num local onde o incêndio é estritamente proibido, e não armazenar em grandes quantidades de uma só vez.
- Evitar a luz solar direta durante o armazenamento e transporte.
- Armazenar e gerir corretamente de forma a que apenas trabalhadores dentários possam tocar no material.

【Data de expiração】

Não há data de validade definida, mas deve ser utilizada no prazo de 10 anos a partir da data de fabrico.

**【Potencial perigo】**

Este produto pode causar reações alérgicas, como erupção cutânea e dermatite.

**【Fabricado por:】**

 **YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.**
54-1 Ochigara, Nishiura-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN
Tel.: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764
E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;
Web: www.yamahachi-dental.co.jp



Obelis S.A
Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium