

Használati utasítás**WAX DISK****【Használati utasítás】**

1. A viasz minta elkészítése: Kövesse a CAD/CAM-gép kezelési útmutatóját.

2. Használja öntéshez.

- Kerülje a gyors hevítést a Cristobalite befektetés használatakor.

[Ajánlott feltételek]

(1) Emelje a hőmérsékletet szobahőmérsékletéről 250 °C-ra 60 perc alatt.

(2) Tartsa ezen a hőmérsékleten 60 percig

(3) Emelje a hőmérsékletet 700°C-ra 30 perc alatt.

(4) Tartsa 30 percig

- A viasz mintákat egymástól bizonyos távolságra kell elhelyezni (legalább 1 mm).

- A helyiség hőmérsékletének 15°C és 25°C között kell lennie.

- Hamvasztási maradék: Zöld, Kék: nincs

Elefántcsont: 0.2%

【Vigyázat】

1. Ne égesse el ezt az anyagot zárt helyiségben. Ne lélegezze be az égetés során keletkező füstöt vagy gőzt, használjon helyiségen belüli szellőztető ventilátorokat, elszívókat stb.
2. Hagyja abba az anyag használatát, ha a használat előtt vagy közben bármilyen problémát észlel. Például idegen tárgy keveredik a termékbe.
3. Vigyázzon, nehogy megégesse magát, amikor ezt az anyagot hővel formázza.

【Fontos megjegyzés】

1. Amennyiben a beteg a túlérzékenység bármely tünetét mutatja, hagyja abba az anyag használatát, és azonnal forduljon orvoshoz.
2. Amennyiben a laboratóriumi technikusnál a túlérzékenység tünetei jelentkeznek, hagyja abba az anyag használatát, és azonnal forduljon orvoshoz.
3. Ne használja olyan betegeken, akiknél korábban bármilyen túlérzékenységet tapasztaltak, például kiütést, bőrgyulladást vagy viszketést a visszaal.
4. Azoknak a laboratóriumi technikusoknak, akiknél korábban bármilyen hiperérzékenységet, például kiütést, dermatitist vagy viszketést tapasztaltak a viasz miatt, ajánlott kesztyűt használniuk, és nem szabad közvetlenül az anyaghoz érniük.
5. Tájékoztassa a felhasználókat és a betegeket, hogy az eszközzel kapcsolatos minden súlyos balesetet jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

【Tárolás】

- Legfeljebb 50 °C-on tárolja.
- Ne hagyja a terméket olyan helyen, ahol magas a hőmérséklet (pl. tűzhely közelében vagy közvetlen napfényben).
- A felhasználás és tárolás helyén tűzoltó rendszerrel kell rendelkezni.
- Tárolja olyan helyen, ahol nincs tűzveszély, és ne tároljon nagy mennyiséget egy helyen.
- Kerülje a közvetlen napfényt a tárolás és szállítás során.
- Tárolja megfelelően, hogy csak fogászati személyzet használhassa.

【Lejárat idő】

Nincs határozott lejárati idő, de a gyártástól számított 10 éven belül fel kell használni.

【Az ártalmatlanítással kapcsolatos információk】

A fennmaradó készleteket a megfelelő nemzeti jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

【Potenciális veszély】

Ez a termék allergiás reakciókat, például kiütéseket és bőrgyulladást okozhat.

**【Gyártó:】**

YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.
 54-1 Ochigara, Nishitara-cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105, JAPAN
 Tel: (+81) 533-57-7121 / Fax: (+81) 533-57-1764
 E-mail: box@yamahachi-dental.co.jp;
 Web: www.yamahachi-dental.co.jp



Obelis S.A

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brussels, Belgium

